

登録に係る区分：質量

登録に係る区分における初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 19 年 10 月 24 日

計量器等の区分[登録年月日]：はかり[平成 19 年 10 月 24 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正

計量器等の区分	種類	校正範囲	最高測定能力 (k=2)	
			恒久的施設	現地校正
はかり	電子式非自動はかり	1 mg 以上 500 mg 以下	0.040 mg	0.14 mg
		500 mg 超 1 g 以下	0.058 mg	0.19 mg
		1 g 超 2 g 以下	0.058 mg	0.18 mg
		2 g 超 5 g 以下	0.082 mg	0.26 mg
		5 g 超 10 g 以下	0.11 mg	0.36 mg
		10 g 超 20 g 以下	0.11 mg	0.34 mg
		20 g 超 30 g 以下	0.12 mg	0.38 mg
		30 g 超 40 g 以下	0.16 mg	0.48 mg
		40 g 超 50 g 以下	0.17 mg	0.60 mg
		50 g 超 60 g 以下	0.15 mg	0.42 mg
		60 g 超 80 g 以下	0.19 mg	0.56 mg
		80 g 超 100 g 以下	0.24 mg	0.78 mg
		100 g 超 120 g 以下	0.24 mg	0.66 mg
		120 g 超 150 g 以下	0.23 mg	0.68 mg
		150 g 超 180 g 以下	0.29 mg	0.70 mg
		180 g 超 200 g 以下	0.30 mg	0.86 mg
		200 g 超 250 g 以下	0.34 mg	0.94 mg
		250 g 超 300 g 以下	0.42 mg	1.2 mg
		300 g 超 350 g 以下	0.46 mg	1.3 mg
		350 g 超 400 g 以下	0.54 mg	1.5 mg
		400 g 超 450 g 以下	0.54 mg	1.6 mg
		450 g 超 500 g 以下	0.60 mg	1.8 mg
		500 g 超 600 g 以下	0.68 mg	2.0 mg
		600 g 超 800 g 以下	1.6 mg	2.8 mg
		800 g 超 1000 g 以下	1.8 mg	3.4 mg
		1000 g 超 1500 g 以下	1.9 mg	4.4 mg
		1500 g 超 2000 g 以下	2.4 mg	5.8 mg
		2000 g 超 3000 g 以下	3.0 mg	8.4 mg
		3000 g 超 4000 g 以下	4.0 mg	12 mg
		4000 g 超 6000 g 以下	6.8 mg	22 mg
		6000 g 超 8000 g 以下	8.8 mg	26 mg
		8000 g 超 10 kg 以下	11 mg	32 mg
		10 kg 超 20 kg 以下	0.15 g	0.16 g
20 kg 超 30 kg 以下	0.17 g	0.19 g		
30 kg 超 40 kg 以下	1.7 g	1.9 g		
40 kg 超 50 kg 以下	2.0 g	2.2 g		
50 kg 超 60 kg 以下	2.2 g	2.6 g		
60 kg 超 80 kg 以下	2.4 g	2.8 g		
80 kg 超 100 kg 以下	2.8 g	3.4 g		
100 kg 超 150 kg 以下	3.6 g	5.0 g		

		150 kg 超 200 kg 以下	5.2 g	9.8 g
		200 kg 超 500 kg 以下	12 g	22 g
		500 kg 超 1 000 kg 以下	38 g	42 g
		1 000 kg 超 1 500 kg 以下	66 g	72 g
		1 500 kg 超 2 000 kg 以下	160 g	170 g
		2 000 kg 超 3 000 kg 以下	180 g	190 g
		3 000 kg 超 5 000 kg 以下	2.0 kg	2.0 kg
		5 000 kg 超 10 t 以下	4.0 kg	4.0 kg
		10 t 超 20 t 以下	9.6 kg	9.6 kg
		20 t 超 30 t 以下	19 kg	19 kg
		30 t 超 40 t 以下	20 kg	20 kg