

登録に係る区分：質量

登録に係る区分における初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 19 年 10 月 24 日

計量器等の区分[登録年月日]：分銅等[平成 19 年 10 月 24 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

計量器等の 区分	種類	校正範囲	最高測定能力 ( $k=2$ )
分銅等	分銅	1 000 kg	24 g
		500 kg	12 g
		200 kg	6.0 g
		100 kg	2.6 g
		50 kg	1.0 g
		20 kg	32 mg
		10 kg	15 mg
		5 kg	9.8 mg
		2 kg	2.4 mg
		1 kg	1.2 mg
		500 g	0.64 mg
		200 g	0.26 mg
		100 g	0.16 mg
		50 g	0.088 mg
		20 g	0.064 mg
		10 g	0.050 mg
		5 g	0.038 mg
		2 g	0.030 mg
		1 g	0.024 mg
		500 mg	0.019 mg
		200 mg	0.011 mg
		100 mg	0.0082 mg
		50 mg	0.0068 mg
		20 mg	0.0054 mg
		10 mg	0.0048 mg
		5 mg	0.0042 mg
		2 mg	0.0040 mg
	1 mg	0.0040 mg	
	おもり	500 kg 超 1 000 kg 以下	24 g
		200 kg 超 500 kg 以下	12 g
		150 kg 超 200 kg 以下	6.0 g
		100 kg 超 150 kg 以下	3.6 g
		50 kg 超 100 kg 以下	2.6 g
30 kg 超 50 kg 以下		1.0 g	
20 kg 超 30 kg 以下		44 mg	
10 kg 超 20 kg 以下		32 mg	
5 kg 超 10 kg 以下		15 mg	
2 kg 超 5 kg 以下		9.8 mg	
1 kg 超 2 kg 以下	2.4 mg		

		500 g 超 1 kg 以下	1.4 mg
		200 g 超 500 g 以下	0.8 mg
		100 g 超 200 g 以下	0.4 mg
		50 g 超 100 g 以下	0.24 mg
		20 g 超 50 g 以下	0.18 mg
		10 g 超 20 g 以下	0.12 mg
		5 g 超 10 g 以下	0.12 mg
		2 g 超 5 g 以下	0.10 mg
		1 g 超 2 g 以下	0.06 mg
		500 mg 超 1 g 以下	0.06 mg
		200 mg 超 500 mg 以下	0.04 mg
		100 mg 超 200 mg 以下	0.04 mg
		50 mg 超 100 mg 以下	0.03 mg
		20 mg 超 50 mg 以下	0.024 mg
		10 mg 超 20 mg 以下	0.018 mg
		5 mg 超 10 mg 以下	0.012 mg
		1 mg 以上 5 mg 以下	0.008 mg